

TERMO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Nº 236/2025

Art. 75, II da Lei 14.133/21

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO

Aquisição de compra do sensor freestyle livre se faz necessário para atendimento de 03 (três) pacientes, em vulnerabilidade social que fazem uso do sensor para a verificação da glicemia. Preciso que seja efetuada a compra urgente pois o almojarifado encontra-se zerado para efetuar o atendimento dos pacientes.

Esta aquisição se faz necessário, para que os pacientes citados acima tenham melhor qualidade de vida, visto que os mesmos não precisarem passar pelo teste de glicemia tradicional. Com esta aquisição, a verificação da glicemia será efetuada com **FREESTYLE LIVRE SENSOR** através do seu sensor.

2. SPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADES

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QNT |
|------|--|-------------------------|-----|
| 01 | <p>FREESTYLE LIVRE SENSOR: Um pequeno sensor (semelhante a uma moeda de 01 real), aplicado na parte posterior superior do braço, mede de forma contínua as leituras de glicose e armazena os dados durante o dia e a noite 5MM de altura e 35 MM de diâmetro.</p> <p>Peso do Sensor 5 gramas</p> <p>Fonte de alimentação do sensor 01 bateria de óxido de prata</p> <p>Vida útil do sensor Até 14 dias</p> <p>Memória do sensor 8 horas (as leituras da glicose são armazenadas a cada 15 minutos.</p> <p>Temperatura operacional do sensor 10 C a 45 C</p> <p>Temperatura de armazenamento da embalagem do sensor e do aplicador do sensor 4 C a 30 C</p> <p>Umidade relativa de operação e armazenamento 10%-90%sem condensação</p> <p>Resistência do sensor à água IP27:pode resistir a uma imersão em um metro de água por até 30 minutos .</p> <p>Altitude de armazenamento e operação -381 metros a 3048 metros;</p> | Unidade | 12 |